

Брошура для спеціалістів системи охорони здоров'я для консультування пацієнтів та осіб, що здійснюють догляд за хворими, щодо запобігання можливого ненавмисного використання порожнього інгалятора лікарських засобів (ЛЗ) Сальбутамол, Вентолін Евохалер

Мета цього матеріалу полягає в тому, щоб спеціалісти системи охорони здоров'я заохочували належне використання ЛЗ Сальбутамол, Вентолін Евохалер під час консультування пацієнтів та осіб, що здійснюють догляд за хворими.

Будь ласка, передайте ключові інструкції, що зазначені нижче :

Загальні



Кількість доз:

Нагадайте пацієнтам/особам, що здійснюють догляд за хворими, про те, що інгалятори містять достатню кількість сальбутамолу лише для 200 натискань (інгаляцій)



Потенційна можливість інгаляторів продовжувати розпилювати, але не містити призначеної дози:

Крім того, нагадайте пацієнтам/особам, що здійснюють догляд за хворими, що після 200 натискань (інгаляцій) інгалятори можуть продовжувати розпилювати, але не містити призначеної дози сальбутамолу.

Рекомендовано



Ведення обліку:

Проінструкуйте пацієнтів/осіб, що здійснюють догляд за хворими розглянути можливість ведення запису щодо кількості зроблених пацієнтом натискань (інгаляцій), щоб уникнути ненавмисного використання порожнього інгалятора



Потенційні переваги резервного інгалятора:

Поясніть пацієнтам/особам, що здійснюють догляд за хворими, про можливість наявності резервного інгалятора. Якщо у пацієнта більше одного інгалятора, рекомендується вести облік використаних доз (інгаляцій) для кожного інгалятора окремо

Не рекомендовано



Струшування, зважування або занурення у воду інгаляторів:

Поясніть пацієнтам/особам, що здійснюють догляд за хворим, що такі методи, як струшування, зважування або занурення у воду інгаляторів не є точними та надійними для визначення того, чи є інгалятор порожнім чи ще містить призначену дозу сальбутамолу

Додаткова інформація



За додатковою інформацією звертайтеся до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалс Україна»: 02152, Київ, проспект Павла Тичини, 1-В. www.ua.gsk.com. Повідомити про побічну реакцію Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалс Україна» за тел. (044) 585-51-85 або на e-mail oax70065@gsk.com, повідомити про скаргу на якість лікарських засобів GSK Ви можете за тел. (044) 585-51-85 або +38 (050) 381- 43-49, або на e-mail ua.complaints@gsk.com

Інформація щодо інформування про побічні реакції



Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за №73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <http://aisf.dec.gov.ua>